使用説明書

Bioclen® L CARE SYSTEM

バイオクレン® エル　ケアシステム

●ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。
●使用説明書に記載された使用方法や注意事項にしたがって正しく使用しないと、洗浄が不完全となり眼障害等の原因となることがあります。また、それが進行すると視力を失う危険性も生じますので、この使用説明書に記載された事項は必ずお守りください。
●ご使用中のO_2・ハードコンタクトレンズの取扱いについては、その取扱説明書をお読みください。

コンタクトレンズには、涙液成分や空気中のホコリなどさまざまな汚れが付着します。これらの汚れをそのままにしておくと装用感が悪くなったり、眼障害等を起こす場合があります。このようなことを防ぐため、コンタクトレンズは毎日の洗浄を正しく行うことが必要です。バイオクレン® エル ケアシステムは、バイオクレン® エルⅠ（液体酵素洗浄剤）とバイオクレン® エルⅡ（洗浄保存液）を組み合わせて使用することにより、洗浄・保存・タンパク除去を同時に行うつけおき洗浄システムです。

■特　　長

●パワフルな洗浄力
●別途タンパク除去不要
●防腐剤無添加
●トレハロース、ヒアルロン酸配合で快適な装用感
●すべてのO_2・ハードコンタクトレンズに対応

バイオクレン® エルⅠ
（液体酵素洗浄剤）10mL、10mL×2本入
〈主成分〉タンパク分解酵素
　　脂肪分解酵素
バイオクレン® エルⅡ
（洗浄保存液）240mL、360mL
〈主成分〉陰イオン界面活性剤

使用上の注意

●レンズを取扱う前には、必ず石鹸で手をきれいに洗ってください。
●点眼したり、飲んだりしないでください。
●ソフトコンタクトレンズには使用できません。
●お子様に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
●エルⅠの希釈には他のO_2・ハードコンタクトレンズ用保存液や精製水等は使用しないでください。
●エルⅠは年月の経過と共に色が淡い黄色になることがありますが、品質に問題はありません。但し、混濁したものやいちじるしく変色したものは使用しないでください。
●一度使用した液は再使用しないでください。
●つぎ足し使用はしないでください。

保管および取扱い上の注意

●エルⅠの滴下口およびエルⅡのノズルには衛生上触れないでください。
●使用後はすみやかにキャップをしめてください。
●開封後はすみやかに使用してください。
●誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
●直射日光をさけ、お子様の手の届かないところに常温保管してください。
●使用期限（EX/EXP. Date）を過ぎた製品は使用しないでください。

問題があった場合の対処法

●本剤で処理したレンズを装用中、目に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、眼科医の診察を受けてください。
●誤って目に入った場合は直ちに水道水でよく洗い流し、眼科医の診察を受けてください。
●お子様等が飲んでしまった場合は多量の水を飲ませてください。
●衣服や皮ふについた場合は水道水で洗い流してください。

オフテクスお客様相談室
0120-021094（オフテクス）
受付：月～金（祝日は除く）9:00～17:00

株式会社オフテクス
神戸市中央区港島南町5-2-4
www.ophtecs.co.jp

使 用 方 法

●必ずエルⅠとエルⅡの組み合わせで使用してください。
●レンズを取扱う前には、必ず石鹸で手をきれいに洗ってください。
●O_2・ハードコンタクトレンズ用の保存ケースを使用してください。

①保存ケースのR(右)側のホルダーに右目用のレンズを、L(左)側のホルダーに左目用のレンズをセットしてください。



②R(右)側のふたをしっかりしめ、そこにエルⅡを保存ケースの9分目まで入れてください。

③エルⅠを2～4滴入れ、L(左)側のふたをしっかりしめてください。



※中央部でR(右)側、L(左)側が完全に仕切られている保存ケースの場合、それぞれにエルⅡを9分目までとエルⅠを1～2滴ずつ入れてください。
※汚れがひどい場合は、レンズ1枚につき3～5滴入れてください。



④保存ケースを軽く振って、そのまま1時間以上放置してください。



⑤保存ケースからレンズを取り出し、水道水で十分すすいでから装用してください。
※レンズを水道水ですすぐ前に、レンズにエルⅡを2～3滴落とし、指で軽くすり合わせていただくとよりよい装用感が得られます。

プッシュボトルの取扱いについて



●開封する際はラベルのツマミをミシン目にそって切りとってください。
●プッシュボタンは指の腹で軽く押してください。強く押したりツメを立てると変形する場合があります。

レンズの汚れがひどい場合

レンズの汚れには個人差があり、毎日のレンズケアだけでは汚れが完全に除去できない場合があります。汚れのひどい方は本システムに加え、以下のいずれかのレンズケアを行うことをおすすめします。眼科医にご相談の上、指示にしたがい適切なレンズケアを行ってください。

●洗浄前にエルⅡを2～3滴レンズに落とし、指で軽くすり合わせ、水道水ですすぐ。
●定期的にタンパク・脂肪除去剤(バイオクレン® アクティバ タブレット ミニ※等)を使用する。
●洗浄前に洗浄液(バイオクレン® ミクロン※等のデイリークリーナー)でこすり洗いをし、水道水ですすぐ。

※くわしくは各製品の使用説明書をよく読んで、必ず使用方法にしたがって使用してください。

レンズを長期保存(1週間以上)する場合

①使用方法にしたがって洗浄したレンズを水道水で十分すすいでください。
②保存ケースを水道水でよく洗ってからエルⅡを9分目まで満たし、レンズを入れてふたをしてください。
③再度使用する時までふたを開けずに、常温で保存してください。
※1ヵ月以上保存する場合は、1ヵ月に1回はエルⅡを入れ替えてください。

保存ケースの取扱いについて

●ふたはしっかりしめてください。液漏れの原因となります。
●使用後は水道水で洗い、十分に自然乾燥させてください。不衛生な状態で放置すると微生物が繁殖し、眼障害等の原因となります。
●熱湯や薬品、家庭用洗剤等で洗浄しないでください。
●保存ケースは定期的な交換(6ヵ月を目安に)をおすすめします。

2011年11月発行